

Объявление № 3 от 05.02.2024 года
на закуп лабораторных реагентов и расходных материалов для автоматического
коагулометра АК-37 в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования способом запроса
ценовых предложений на 2024 год

Государственное коммунальное предприятие «Алгинская районная больница» на праве хозяйственного ведения ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РК от 07.06.2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, объявляет о проведении закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений на следующие наименования:

№ л от а	Наименование	Техническая спецификация	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге
1	Кювета одноразовая	Медицинское изделие. Пластиковая прозрачная одноразовая пробирка для размещения исследуемых образцов и проведения анализов. Внутренний V кюветы (не менее) 1 мл длина хода оптического луча (не менее) 7 мм Габаритные размеры: - высота кюветы hк, - не менее 25,2мм - диаметр кюветы dmax - не менее 14мм - диаметр посадочный кюветы dпос - не менее 11,3мм - диаметр дна кюветы не менее 8,4мм - диаметр измерительной части кюветы на высоте 2,5 мм от дна не менее 8,5 мм - наличие конического перехода с внутреннего диаметра направляющей части кюветы на внутренний диаметр измерительной части, ступенчатый переход не допускается. - наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие	шт.	15000	136	2040000
2	Набор реагентов для определения концентрации фибриногена 250 определений	Набор предназначен для количественного определения фибриногена в плазме крови на автоматическом коагулометре, без предварительного разведения исследуемой плазмы (модифицированный метод Clauss). Стабильность после вскрытия не менее 30 суток при температуре +2...+8 С. Линейность определения: 0,9-10,0 г/л (диапазонное значение). Состав набора: 1. Тромбин (лиофильно высушенный реагент) - не менее 5 фл. 2. Растворитель для тромбина, 10,5 мл - не менее 5 фл. Набор рассчитан на не менее 250 тестов.	упаковка	20	153000	3060000

3	Набор реагентов для определения протромбинового времени 250 определений	Набор предназначен для оценки протромбинового времени свертывания на автоматическом коагулометре. Определение протромбинового времени используется для тестирования факторов протромбинового комплекса (II - протромбина, V, VII, X) и контроля за лечением антикоагулянтами непрямого действия. Состав набора: 1. лиофильно высушенная тромбопластинокальциевая смесь, на не менее 5 мл - не менее 10 фл. Международный индекс чувствительности (МИЧ) не более 1, 3. □ Набор рассчитан на не менее 250 тестов.	упаковка	20	73100	1462000
4	Набор реагентов для определения активированного парциального тромбопластинового времени (250 определений) с жидким реагентом	Набор предназначен для выполнения базовой методики исследования системы гемостаза - определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени (АПТВ/АЧТВ) на автоматическом коагулометре. Реагент должен поставляться в жидком виде, готовом к использованию. Определение АПТВ используется для оценки внутреннего пути свертывания плазмы крови. Состав набора: 1. АПТВ-Эл-реагент (жидкий реагент, содержащий фосфолипиды, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы), не менее 5 мл - не менее 5 фл. 2. Кальция хлорид (0,025 М раствор), не менее 10 мл - не менее 5 фл. Стабильность АПТВ-Эл-реагента после вскрытия не менее 30 суток. Набор рассчитан на не менее 250 тестов.	шт.	20	56100	1122000
5	Набор реагентов для определения тромбинового времени 250 определений	Набор предназначен для определения тромбинового времени на автоматическом коагулометре. Принцип метода. Заключается в определении времени свертывания плазмы крови под влиянием тромбина стандартной активности. Состав набора: 1. Тромбин (лиофильно высушенный) - не менее 10 фл. Набор рассчитан на не менее 250 тестов.	упаковка	2	38760	77520

6	Калибровочная плазма - АК калибратор	Предназначена для получения калибровочных значений и построения калибровочных кривых в методах для исследования системы гемостаза с помощью автоматического коагулометра. Коэффициент вариации результатов определения аттестованных показателей в калибровочной плазме составляет не более 5 %. Допустимое отклонение показателей в калибровочной плазме от аттестованного значения составляет не более 5 %. Допустимый разброс результатов определения аттестованных показателей в разных реакентах одной серии составляет не более 5 %. Фактические значения аналитических показателей указаны в паспорте к реакгенту. Аттестован для построения калибровочных кривых и получения калибровочных значений по не менее 12 параметрам при определении следующих показателей: - АПТВ/АЧТВ; - протромбиновое время; - показатель по Квику; - тромбиновое время; - анцистроновое время; - фибриноген; - антитромбин; - плазминоген; - протеин С; - коагуляционный фактор VIII; - коагуляционный фактор IX; - коагуляционный фактор XIII Фасовка: - АК калибратор (лиофильно высушенная калибровочная плазма), на не менее 1 мл – не менее 5 фл. в 1 коробке.	шт.	1	56610	56610
7	Набор калибраторов для определения концентрации фибриногена набором реактентов для определения концентрации фибриногена 5*1мл.	Набор предназначен для получения калибровочных значений времени свертывания при определении концентрации фибриногена в плазме крови модифицированным методом Clauss без предварительного разведения исследуемой плазмы на автоматическом коагулометре. Калибровочная плазма, предназначенная для работы с набором МультиТех-Фибриногена. Набор содержит не менее 5 флаконов с разной концентрацией фибриногена в диапазоне 0,9 - 9,0 г/л (диапазонное значение набора). Состав набора: 1. Калибратор №1 (лиофильно высушенный) – не менее 1 фл. 2. Калибратор №2 (лиофильно высушенный) – не менее 1 фл. 3. Калибратор №3 (лиофильно высушенный) – не менее 1 фл. 4. Калибратор №4 (лиофильно высушенный) – не менее 1 фл. 5. Калибратор №5 (лиофильно высушенный) - не менее 1 фл. Концентрация фибриногена для каждого калибратора указана в Паспорте к набору.	шт.	1	170000	170000

8	АК-контроль Н	Реагент применяют для проведения контроля качества реагентов (Quality Control), используемых при исследовании системы гемостаза с помощью автоматического коагулометра. Реагент аттестован в нормальном диапазоне не менее чем по 6 параметрам: - АПТВ/АЧТВ; - протромбиновое время; - международное нормализованное отношение (МНО); - показатель по Квику; - тромбиновое время; - фибриноген (модифицированным методом Клаусса). Контрольную плазму после разведения можно хранить при температуре +18... +25 °С не менее 4 ч. Один флакон с контрольной плазмой рассчитан на не менее 10 определений при расходе раствора реагента по 0,1 мл на 1 определение. Фасовка: - АК контроль Н (лиофильно высушенная контрольная плазма с нормальным диапазоном значений), на не менее 1 мл – не менее 2 фл.	набор	10	12750	127500
9	АК-контроль П	Реагент применяют для проведения контроля качества реагентов (Quality Control), используемых при исследовании системы гемостаза с помощью автоматического коагулометра. Реагент аттестован в патологическом диапазоне не менее чем по 6 параметрам: - АПТВ/АЧТВ; - протромбиновое время; - международное нормализованное отношение (МНО); - показатель по Квику; - тромбиновое время; - фибриноген (модифицированным методом Клаусса). Контрольную плазму после разведения можно хранить при температуре +18... +25 °С не менее 4 ч. Один флакон с контрольной плазмой рассчитан на не менее 10 определений при расходе раствора реагента по 0,1 мл на 1 определение. Фасовка: - АК контроль П (лиофильно высушенная контрольная плазма с патологическим диапазоном значений), на не менее 1 мл – не менее 2 фл.	набор	10	12750	127500
10	Очищающий раствор ОР-250Т	Очищающий раствор ОР-250Т, 0,25 л/уп. (для анализатора АК-37). Раствор гипохлорита натрия 10% высокоочищенный	упаковка	15	39100	586500

11	Бумага (лента) регистрирующая для ЭКГ, ЭЭГ, анализаторов, фетальных мониторов, видеоприборов и других регистрирующих приборов	Бумага регистрирующая без диаграммной сетки предназначена для медицинского диагностического оборудования ширина рулона 80 мм; длина рулона 60 м; диаметр втулки 12 мм - наличие регистрационного удостоверения	набор	1	3400	3400
----	---	--	-------	---	------	------

Срок поставки: в течение текущего года по заявке Заказчика.

Наименование и адрес заказчика, местонахождение: Государственное коммунальное предприятие «Алгинская районная больница» на праве хозяйственного ведения ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области», Актыобинская область, город Алга, улица Есет Батыра, 24.

Сумма, выделенная для закупа, составляет 8 833 030,00 (восемь миллионов восемьсот тридцать три тысяч тридцать) тенге.

Потенциальный поставщик, изъявивший желание осуществить поставку товара, являющегося предметом проводимых закупок способом запроса ценовых предложений, должен предоставить Заказчику следующую информацию:

По форме, указанной в приложении 2 к правилам организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, ценовые предложения на каждое наименование медицинского изделия.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит:

- 1) ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к правилам организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, ценовые предложения на каждое наименование медицинского изделия.

- 2) разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа,
- 3) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил.

Окончательный срок представления заявок **до 18.00 часов «13» февраля 2024 года** (по времени Актобе) по следующему адресу: ГКП «Алгинская РБ» на ПХВ, Актюбинская область, город Алга, улица Есет Батыра, 24, кабинет бухгалтерии.

Конверты с заявками будут вскрываться **в 10.40 часов «14» февраля 2024 года** по следующему адресу: ГКП «Алгинская РБ» на ПХВ, Актюбинская область, город Алга, улица Есет батыра, 24, кабинет бухгалтерии (по времени Актобе).

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам: 8 (71337) 4 15 03, 4 23 95, 4 26 03.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие условиям, предусмотренных настоящими Правилами:

- 1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. При отсутствии сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";
 - 2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
 - 3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
 - 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
 - 5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";
 - 6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).
- При закупе фармацевтических услуг потенциальный поставщик представляет на соисполнителя документы, предусмотренные настоящим пунктом.

При несоответствии победителя условиям настоящих Правил, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Дата начала приема заявок

с 06.02.2024 года время 09:00 часов местного времени

Дата окончания приема заявок

до 13.02.2024 года время 18:00 часов местного времени

Вскрытие конвертов

14.02.2024 года время 10:40 часов местного времени